

SCANNER ULTRA-LOW DOSE

Catherine Beigelman-Aubry
CHUV Lausanne

ALARA

Indication ?
Examen antérieur ?

S/B excellent

S/B moyen

S/B faible


Imagerie personnalisée

Reduced dose: 1-3 mSv
Ultra-low-dose CT < 1 mSv

Contrôles
Pneumopathies infiltrantes
Nodules pulmonaires
Infections

ULD

Détails de grande taille



COMPARAISONS DE DOSE

CTDI_{vol}

DLP: CTDI_{vol} x longueur

Ne tient pas compte des dimensions ni de la région examinée

Pas indicateur de dose individuelle

Approximation dose individuelle absorbée
> CT donné

Diamètre effectif

American Association of Physicists in Medicine Task Group 204

Topogramme, coupe axiale

✓ diamètre AP x Diamètre transverse

Tables: facteur de conversion fsize

SSDE . Size specific dose estimate

fsize x CTDIvol

Approche plus individuelle
des risques


Coefficient de pondération:
0,017 chez l'homme et 0,020 chez la femme

ATTENTION

Dose insuffisante / Bruit trop élevé




Miliaire tuberculeuse




Risque de sur- ou sous-estimation lésionnelle



Fièvre chez un sujet immunodéprimé ...



MIP 4 mm




PHS



Perruches à domicile
Contact pigeons 30 mn
Dyspnée progressive


Filtres de reconstruction

Filtre lung



Résolution spatiale
Plus de détails
Plus de bruit


Filtre soft





Résolution contraste
Moins de bruit
Moins de détails

LUNG ~1 mm

Filtre lung



Filtre soft





MEDIASTiNUM ~ 1 mm

Filtre lung 1,4mm

PIC


Filtre soft 1,25 mm



Réticulations
Rayon de miel ?


Perte de résolution spatiale

PIC traitée par Pirfenidone




CTDI: ≤ 3
DLP: 102 mGyxcm

Utilisez les filtres
de reconstruction
adaptés



mIP 10 mm
Soft




mIP 3,3mm Filtre lung




mIP 6,5mm Filtre lung



mIP 3,3mm Filtre soft




mIP 6,5mm Filtre soft




Contrôle NODULES-INFECTION

10/05/21




10/09/21





CTDI: 0,7-0,9
0,7mSv

Series	Type	Scan Range (mm)	CTDlvol (mGy)	DLP (mGy*cm)	Phantom cm
Scout	Scout	S60-L670	0.04	2.83	Body 32
1	Scout	S60-L670	0.04	2.83	Body 32
GSI THORAX ABDOMEN					
2	Helical	I0.989-L684.989	8.62	642.96	Body 32
		Total Exam DLP:	648.62		
				100 px	

Series	Type	Scan Range (mm)	CTDlvol (mGy)	DLP (mGy*cm)	Phantom cm
Scout	Scout	S60-L280	0.05	1.65	Body 32
1	Scout	S60-L300	0.05	1.73	Body 32
HORAX					
2	Helical	S20.713-L299.286	0.93	35.91	Body 32
		Total Exam DLP:	39.29		100 px
				1/1	




Tout ne sera pas
analysable!



Baisse progressive

06/02/20

15/09/21



Dose Report					
Series	Type	Scan Range (mm)	CTDIvol (mGy)	DLP (mGy*cm)	Phantom cm
Scout	Scout	S60-I320	0.03	1.08	Body 32
1	Scout	S60-I320	0.03	1.08	Body 32
THORAX	Helical	S14.947-I309.053	1.36	52.45	Body 32
Total Exam DLP:			54.61		




Dose Report					
Series	Type	Scan Range (mm)	CTDIvol (mGy)	DLP (mGy*cm)	Phantom cm
Scout	Scout	S60-I280	0.05	1.76	Body 32
1	Scout	S60-I280	0.05	1.76	Body 32
THORAX	Helical	S12.5-I277.5	1.02	35.68	Body 32
Total Exam DLP:					39.2
1/1					

07/08/21

07/09/21

07/08/21

07/09/21



Helical	S7.84-I292.16	8.38	325.32	Body
SmartPrep	I112.498-I112.498	1.79	0.90	Body
SmartPrep	I112.498-I112.498	18.19	9.09	Body
Total Exam DLP:			337.81	

THORA

1

H

elical

S

60.114

297.88

6

0.28

12.2

1

1 Body 32 :

Total Exam DL

14.6

Total Exam DL

14.6


Total Exam DLP: 337.81

100 p

Les plus faibles doses

**Acquisition additionnelles
Mucoviscidose**

Secrétions endobronchiques




120 kV, 100 mAs ...

100 kV, 10 mAs ...

Trachéobronchomalacie




75 mAs




15 mAs

Trachéobronchomalacie






11 mAs

Endoscopie virtuelle et extraction
3D possibles



Piégeage expiratoire



Inspiration Dose N





Pseudo-plaques pleurales

120 kV, 11 mAs

120 kV, 60 mAs





Verre dépoli dépendant anorganique




Bronchiolite constrictive

Expiration




15 mAs

Mucoviscidose 18 ans



LightSpeed 8 barettes






5.750	0.66	24.13
1.750	0.33	11.27
Total Exam DLP:		35.40

REGLE POUR MUCOVISCIDOSE HORS HEMOPTYSIE

0,05 mSv

RX thorax face:
0,02 -0,299 mSv

Qualité d'image
Compromis selon le détail



Series	Type	Scan Range (mm)	CTDIvol (mGy)	DLP (mGy·cm)	Phantom cm
1	Scout	-	-	-	-
2	Scout	-	-	-	-
3	Helical	553.750-1252.850	0.11	4.14	Body 32
Total Exam DLP:			4.14		

Détection, sévérité, extension DDB, nb de générations ...

Ernst et al Radiology 2014: 273: 597
Nick et al Clin Chest Med 2016 : 37-47

CONCLUSION

Merci pour votre attention!